

Kennzeichnung von Blutzuckermessgeräten



Werkstoff: POM pigmentiert

Beschriftung durch: Pigmentverfärbung

Taktzeit: 1,8 Sek.

Installation: 09/2003

Beschreibung: Zu beschriftende Gehäuse werden aus Vibrationsförderer vereinzelt und mit Drehtisch unter den Laser transportiert. Der Laser beschriftet einen Barcode, der über ein Lesesystem 100% verifiziert wird.